

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NGUỒN BỨC XẠ TRONG CÔNG VIỆC BỨC XẠ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP
(Kèm theo Giấy phép số /GP-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ

Stt	Tên thiết bị	Mã hiệu, số xêri	Hãng sx, Nơi sx, Năm sx	Thông số làm việc cực đại kV max, mA max/m As max	Mục đích sử dụng, Địa điểm sử dụng, Sử dụng cố định hay di động	Các bộ phận của thiết bị			
						Tên bộ phận	Hãng sx	Mã hiệu	Số xêri
01	Thiết bị X-quang di động	Mã hiệu: TRB9020H Số xêri: 43286	MIKASA X-RAY Co.,Ltd, Nhật Bản, 2021	90 kV, 20 mA	- Soi, chụp chẩn đoán tổng hợp. - Bệnh viện Phổi Đồng Tháp (Địa chỉ: Ấp 4, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). - Sử dụng di động.	Bàn điều khiển	MIKASA X-RAY Co.,Ltd	TRB9020H	43286
						Đầu bóng phát tia X	MIKASA X-RAY Co.,Ltd	CANON D-0814	02402