

KẾT LUẬN THANH TRA

Về an toàn bức xạ đối với các cơ sở sử dụng X-quang y tế

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Năng lượng Nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày tháng 11 năm 2019 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 206/QĐ-SKHCN ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra về việc thanh tra về an toàn bức xạ đối với các cơ sở sử dụng X-quang y tế. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung:

Đoàn thanh tra đã tổ chức triển khai, thực hiện thanh tra tại 11 cơ sở Khám, chữa bệnh có sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn Tỉnh gồm:

01. Phòng X-quang Phan Thanh Vân, Số 07, Nguyễn Huệ, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

02. Phòng X-quang BS. Võ Anh Tuấn, Số 33, Hùng Vương, phường An Thạnh, TX. thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

03. Phòng chụp X-quang Khỏe Ánh, Nguyễn Văn Cừ, khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

04. Phòng X-quang Cử nhân Võ Văn Quang, Số 182, Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

05. Phòng X-quang Trung Hiếu, Số 579B, Võ Văn Kiệt, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

06. Phòng X-quang cử nhân Mai Văn Thiệt, Số 211, Đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

07. Phòng khám chẩn đoán hình ảnh BS. Nguyễn Văn Tào, Xã An Phong, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

08. Phòng khám MEDIC 9-11, Số 9-11, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

09. Bệnh viện Đa khoa Phương Châu Sa Đéc, Số 153, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

10. Cơ sở Huỳnh Châu, Số: 202, Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

11. Phòng khám chẩn đoán hình ảnh BS. Hà Minh Quý, Số 107A, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

2. Kết quả thanh tra:

Đoàn thanh tra đã kiểm tra thực tế đối với 11 cơ sở khám, chữa bệnh có sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế.

- Các cơ sở dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, đã được cấp phép sử dụng theo quy định. Trong quá trình sử dụng đa số các cơ sở có ý thức thực hiện đầy đủ các quy định về X-quang y tế theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số thiếu sót như sau: Hồ sơ xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ chưa đầy đủ, Nhật ký vận hành thiết bị ghi chưa đầy đủ và chỉ lưu giữ trên máy vi tính.

3. Nhận xét và kết luận:

Đa số các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế thực hiện theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số thiếu sót như sau: Hồ sơ xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ chưa đầy đủ, Nhật ký vận hành thiết bị ghi chưa đầy đủ và chỉ lưu giữ trên máy vi tính.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:

Đoàn thanh tra yêu cầu các cơ sở cam kết khắc phục các thiếu sót trong quá trình sử dụng thiết bị X-quang y tế. Báo cáo kết quả khắc phục gửi cho Đoàn thanh tra theo quy định.

5. Yêu cầu, kiến nghị:

- Các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế phải thực hiện nghiêm các yêu cầu, kiến nghị của Đoàn thanh tra. Báo cáo kết quả khắc phục gửi cho Đoàn thanh tra theo quy định;

- Khi sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế phải chấp hành đúng các quy định của Luật Năng lượng nguyên tử và các văn bản hiện hành liên quan về lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân./.

Nơi nhận:

- Đối tượng thanh tra;
- Thanh tra Tỉnh;
- Lưu: VT, TTra.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Văn Quân